

编号: YNH/AJ-15-16-2011

## 血小板诱聚剂（二磷酸腺苷）出厂检验报告

检验依据: 血小板诱聚剂（二磷酸腺苷）产品技术要求: 苏械注准 20162400769

检验日期: 2025.03.11

试剂盒批号: 2250306

检验仪器: PL-12

仪器编号: P2HH001C

试剂盒规格: 4ml (1ml×4)

| 检验项目   | 要求                                  | 结果     | 判定 |
|--------|-------------------------------------|--------|----|
| 外观检查   | 无色透明液体, 无悬浮物和沉淀物。                   | 符合要求   | √  |
| 净含量    | 不低于标示量。                             | 1.0ml  | √  |
| 重复性    | 测定血液标本时, 血小板聚集率的变异系数 (CV) 应不高于 10%。 | 1.72%  | √  |
| 血小板聚集率 | 测定正常血液标本时, 血小板聚集率应不低于 30%。          | 59.03% | √  |
| 结论     | 检验是否合格。                             | 合格     |    |



检验人: 张峰

复核人: 樊金童

批准人: 周琦