

编号：YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称：SBD 清洗液
检验日期：2025.02.14

试剂批号：22502121
试剂规格：5L×2

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	5.05L	√
pH 值测定	SBD 清洗液：25±1℃时的 pH 值应≥12； NCH 清洗液：25±1℃时的 pH 值应为 7.75-7.85。	检测温度：25.0℃	√
		13.34	
清洗率	清洗率大于 90%。	98.6%	√
结论	检验是否合格。	合格	



检验人：张峰

复核人：樊金全

批准人：周琦