

编号: YNH/AJ-08-34-2017				
血小板功能检测样品杯 检验记录				
批号	外观	尺寸	实测结果	结论
20250425	外观完好无破损，无划痕，无毛刺；瓶塞完好无遗漏	高 $48 \pm 0.1$ mm	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
		杯口外径 $\Phi 12.1 \pm 0.05$ mm	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
总数: 10000 每批次抽检比例为了 10% (抽检数量100)				
备注: 不合格品比例应≤1%，否则退回厂家				
检验员:	任宁	检验日期:	2025年8月1日	审核人: 周志勇

