

编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称： NCH 清洗液
检验日期： 2025.08.27

试剂批号： 2250825
试剂规格： 40 型(R1:40ml×4, R2:10ml×4)

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	R1:41.0ml R2:10.8ml	R1:41.0ml R2:11.0ml	R1:40.6ml R2:11.0ml	R1:40.9ml R2:10.9ml	√
pH 值	SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12； NCH 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05； 血小板分析仪专用清洗液：25±1℃，pH=7.00±0.50； HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：25±1℃，pH=7.10±0.20。	检测温度：25.0℃				√
		7.78	7.75	7.77	7.77	
空白值	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：WBC≤0.3×10 ⁹ /L	—	—	—	—	—
	血小板分析仪专用清洗液：RBC≤0.03×10 ¹² /L	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：RBC≤0.03×10 ¹² /L	—	—	—	—	
	血小板分析仪专用清洗液：PLT≤10×10 ⁹ /L	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：PLT≤20×10 ⁹ /L	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：HGB≤2g/L	—	—	—	—	
结论	检验是否合格。	合格				



检验人： 张峰 复核人： 张峰 批准人： 周倩