

编号：YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称：HB-3D 血细胞分析仪用清洗液 试剂批号：22508211
检验日期：2025.08.25 试剂规格：1L、5L

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	5.05L	5.03L	5.05L	5.04L	√
pH 值	SBD 清洗液：25±1℃，pH≥12； NCH 清洗液：25±1℃，pH=7.80±0.05； 血小板分析仪专用清洗液：25±1℃，pH=7.00±0.50； HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：25±1℃，pH=7.10±0.20。	检测温度：25.0℃				√
		7.15	7.15	7.14	7.14	
空白值	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：WBC≤0.3×10 ⁹ /L	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	血小板分析仪专用清洗液：RBC≤0.03×10 ¹² /L	0.00	0.00	0.00	0.00	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：RBC≤0.03×10 ¹² /L	0.00	0.00	0.00	0.00	
	血小板分析仪专用清洗液：PLT≤10×10 ⁹ /L	0	0	0	0	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：PLT≤20×10 ⁹ /L	0	0	0	0	
结论	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液：HGB≤2g/L	0	0	0	0	合格
	检验是否合格。					

检验人： 张军 复核人： 张金立 批准人： 周琦