

编号：YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏镇械备 20240098  
检验日期：2025.09.02 试剂批号：22508291  
产品型号：PLR-01 配套清洗液批号：22508121  
试剂规格：1L、10L、20L  
设备信息：

|      |          |                   |              |       |
|------|----------|-------------------|--------------|-------|
| 仪器名称 | 血小板分析仪   | PH 计              | 电导率仪         | 冰点渗透压 |
| 仪器型号 | PL-12    | PHS-3C            | DDSJ-303A    | FM-8P |
| 仪器编号 | P2JN016C | 600408N0016120545 | 610708050039 | 0614  |

| 检验项目 | 要求                         | 检验结果       |        |        |        | 结果判定<br>合格(√)；<br>不合格(×) |
|------|----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------------------------|
|      |                            | 检测 1       | 检测 2   | 检测 3   | 均值     |                          |
| 外观   | 澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物          | 符合要求       |        |        |        | √                        |
| 装量   | 不低于标示量                     | 20.05L     | 20.05L | 20.05L | 20.05L | √                        |
| pH 值 | 25℃时，7.10±0.20             | 检测温度：25.0℃ |        |        |        | √                        |
|      |                            | 7.14       | 7.13   | 7.13   | 7.13   |                          |
| 电导率  | 25℃时，17.30±0.50mS/cm       | 检测温度：25.0℃ |        |        |        | √                        |
|      |                            | 17.33      | 17.33  | 17.33  | 17.33  |                          |
| 渗透浓度 | 310±10mOsm/kg              | 314        | 313    | 313    | 313    | √                        |
| 空白值  | PLT≤2.5×10 <sup>5</sup> /L | 0          | 0      | 0      | 0      | √                        |
| 结论   | 检验是否合格                     | 合格         |        |        |        |                          |



检验人：周琦 复核人：周琦 批准人：周琦