

编号：YNH/AJ-15-42-2014

血细胞分析用稀释液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号 苏宁械备 20140023

检验日期：2024.11.04

试剂批号：22411042

产品型号：HB-3D

试剂规格：20L

配套清洗剂批号：22401221

配套溶血剂批号：22405211

设备信息：

仪器名称	血细胞分析仪	PH 计	电导率仪	冰点渗透压
仪器型号	HB-7021	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8P
仪器编号	H1HK001C	600408N0016120545	610708050039	0614

检验项目	检验要求	检验结果				结果判定 合格（√）； 不合格（×）
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求				√
装量	不低于标示值。	20.09	20.09	20.08	20.09	√
pH 值	25±1℃时，7.10±0.20	7.14	7.14	7.16	7.15	√
电导率	25±1℃时，17.30±0.50mS/cm	17.42	17.42	17.41	17.42	√
渗透压	310±10mOsm/kg	314	314	313	314	√
空白值	WBC≤0.3×10 ⁹ /L	0	0	0	0	√
	RBC≤0.05×10 ¹² /L	0	0	0	0	√
	PLT≤10×10 ⁹ /L	0	0	0	0	√
	HGB≤2g/L	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格	合格				



检验人：张峰

复核人：张金鑫

批准人：周琦