

编号：YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称： 生化分析仪用针强化清洗液 试剂批号： 2250110
检验日期： 2025.01.14 试剂规格： R1:40ml×4 R2:10ml×4

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	R1:41.0ml R2:10.0ml	√
pH 值测定	SBD 清洗液：25±1℃时的 pH 值应≥12； NCH 清洗液：25±1℃时的 pH 值应为 7.75-7.85。	检测温度：-℃	—
		—	
清洗率	清洗率大于 90%。	98.3%	√
结论	检验是否合格。	合格	



检验人： 周琦 复核人： 周琦 批准人： 周琦